

検査日 2012年5月18日



検査No. 0416-1321-02

渡辺俊之 様

**Becquere/Cent**  
株式会社ベクレルセンター  
〒277-0023千葉県柏市中央1-2-25  
TEL 04-7189-7406 FAX 050-3156-7421



### 放射能検査報告書

サンプル	0416-1321-02 のぶき		
			
測定結果	Cs134+Cs137 <b>不検出</b>	検出限界	7.656Bq/kg
サンプル容量	83.33%(測定容器420ml)	サンプル重量	0.3135Kg
測定器	ベルトールドLB2045	測定時間	1201秒
γ線スペクトル	 <p>※明確なセシウムのピークは確認できませんでした</p>		

Machine or Sample Name	no.5	Start Time	2012-05-18 15:11:00
Program Version	2.20	Temperature(°C)	23.0
Cs ROI(keV)	450 - 850	Cs Calibration Factor	54.50
K40 ROI(keV)	1380 - 1580	Spillover Factor(Cs/K40)	1.358
Background MeasTime(sec)	48237	Cs Background(cps)	0.7028

検査責任者

